

Liste der akkreditierten Verfahren im flexiblen Geltungsbereich

Das Kalibrierlabor der Dr. Klinkner & Partner GmbH ist flexibel nach Kategorie A akkreditiert. Das bedeutet, dass es uns ohne vorherige Information oder Zustimmung der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) erlaubt ist, neue Ausgabestände der unten aufgeführten Normen und DKD-Richtlinien unter der bestehenden flexiblen Akkreditierung anzuwenden, wenn sie keine abweichenden Kalibriermethoden beinhalten und wenn sich dadurch die zugehörigen CMC-Einträge (Tabelle der Calibration and Measurement Capabilities in der Anlage unserer Akkreditierungsurkunde) nicht ändern.

Norm / Kalibrierrichtlinie	aktuell angewendeter Ausgabestand	Beschreibung
DIN EN ISO 8655-6	2022	Volumenmessgeräte mit Hubkolben – Teil 6: Gravimetrisches Referenzprüfverfahren zur Bestimmung des Volumens
DIN EN ISO 8655-7 (Gravimetrisches Verfahren nach Anhang A)	2025	Volumenmessgeräte mit Hubkolben – Teil 7: Alternative Prüfverfahren zur Bestimmung des Volumens
DKD-R 8-1	2011 Rev. 1	Kalibrierung von Kolbenhubpipetten mit Luftpolster
DKD-R 8-2	2018 Rev. 1	Kalibrierung von Mehrfachdispensern
DKD-R 8-3	2020 Rev. 1	Kalibrierung von Einzelhubdispensern und Kolbenbüretten

Diese Liste ist die von der Deutschen Akkreditierungsstelle geforderte, veröffentlichte, aktuelle Hintergrundliste aller akkreditierten Kalibrierverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich des Kalibrierlabors der Dr. Klinkner & Partner GmbH.

Stand: 10.09.2025